






表 2

单一来源采购单位内部会商意见表 (二)

中央预算单位	中国科学院地球化学研究所
采购项目名称	Aridus3 膜去溶雾化系统
采购项目预算 (万元)	41
拟采用采购方式	单一来源采购
<p>单位内部会商意见</p> <p>膜去溶雾化系统是一种用于多接收电感耦合等离子质谱仪的专用液体样品引入设备。多接收电感耦合等离子质谱在地球化学同位素研究领域起着举足轻重的作用。Aridus3 可以提高分析物灵敏度 10 倍或更多, 并且可以大大减少氧化物和氢化物等溶剂型干扰。Aridus3 特别适用于小体积和高腐蚀性样品 (如 HF), 例如地球科学中产生的样品。Aridus3 膜去溶雾化系统是 CETAC 公司的专利性产品只此一家, 且该仪器在中国范围内由上海仪真分析仪器有限公司独家代理。因此, 采用单一来源采购。</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
政府采购归口管理部门负责人签字	
财务部门负责人签字	
科研管理部门负责人签字	
使用部门负责人签字	

说明: 1. 对采购限额以上公开招标数额标准以下, 需要直接采用单一来源采购方式的采购项目, 需在采购前填写此表。

2. 此表除相关部门负责人签字外, 其他内容均用计算机打印。